INSTRUÇÕES DE USO

ASPIRADOR DE VIDRO

Cadastramento no Ministério da Saúde: ANVISA 10349590072

ATENÇÃO:

Para o total aproveitamento e conservação de seu Aspirador, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. E qualquer dúvida contate a Assistência Técnica da J.G. Moriya.

APRESENTAÇÃO

Os Aspiradores J.G. Moriya foram concebidos e fabricados sob conceitos internacionais de qualidade e tecnologia que proporcionam um funcionamento excelente e uma vida útil muito maior. Os aspiradores estão disponíveis para redes ou reguladores de cilindro de oxigênio ou ar comprimido.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os Aspiradores funcionam a partir de um sistema venturi, que devido à passagem do gás com muita pressão/velocidade criam vácuo o sugam o ar do ambiente.

DESCRIÇÃO PARA PEDIDO

Códigos	Descrição	Cor
600.102	Aspirador Vidro para Oxigênio Moriya	Verde
600.103	Aspirador Vidro para Ar Comprimido Moriya	Amarelo
71.5017	Aspirador Vidro para Oxigênio Air Liquide	Verde
71.5018	Aspirador Vidro para Ar Comprimido Air Liquide	Amarelo
708.106	Aspirador Vidro para Oxigênio Linde	Verde
708.105	Aspirador Vidro para Ar Comprimido Linde	Amarelo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Tampa com conexão de saída:

- ✓ Confeccionado em nylon com enxerto em latão (limpo e isento de graxas/óleos quimicamente) em cor normatizada pela ABNT para cada gás.

Sistema de Agulha:

- ✓ Confeccionado em latão, parte externa polida e cromada e parte interna com tratamento químico de limpeza. Sistema de Agulha flutuante.

Volante:

- ✓ Confeccionado com enxerto interno em latão que sofreu tratamento químico de limpeza e injetado posteriormente com termoplástico (polipropileno) de alta resistência nas cores padrão de cada gás segundo normas da ABNT.

Frasco:

- ✓ Confeccionado em vidro, autoclavável.
- ✓ Indicação de níveis.

Conexão de Entrada:

- ✓ Niple confeccionado em latão polido e cromado, e padronização de gás conforme normas ABNT.
- ✓ Porca confeccionada com enxerto metálico que sofreu tratamento químico de limpeza e injetado posteriormente com termoplástico (polipropileno) de alta resistência nas cores padronizadas segundo normas da ABNT para cada gás.

Sistema Venturi:

- ✓ Confeccionado em latão (limpo e isento de graxas/óleos quimicamente)
- ✓ Baixíssimo nível de ruído.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade:

Frasco de Vidro_____500 ml

Pressão de Entrada:

Rede ou Regulador de Cilindro_____± 3,5 Kgf/cm^2

Sistema Venturi:

Calibrado_____± 15 pol/Hg

Dimensões Básicas:

Altura_____225 mm

Diâmetro Externo do Frasco de Vidro_____107 mm

Diâmetro Interno da Boca do Frasco de Vidro_____119 mm

Peso_____0,5 Kg

PRECAUÇÕES

- ✓ Não tente operar o aspirador sem prévio conhecimento ou supervisão adequada. O aspirador só poderá ser utilizado se acoplado a um posto medicinal ou regulador de cilindro; desde que possuam conectores normatizados pela ABNT.
- ✓ Não utilize o aspirador se constatado vazamento. Para verificar, use um pincel embebido em solução de água e sabão neutro (espuma). Se for constatado vazamento contate a Assistência Técnica J.G. Moriya.
- ✓ Certifique-se de que o gás a ser utilizado no posto medicinal ou regulador de cilindro é o mesmo indicado no aspirador. O aspirador com a tampa, volante e conector de entrada na cor verde só pode ser utilizado em oxigênio e o aspirador com tampa, volante e conector de entrada amarelo só pode ser utilizado com ar comprimido.
- ✓ Não fume na área onde o equipamento é utilizado.
- ✓ Nunca use óleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais orgânicos similares em contato com oxigênio, sob risco de explosão. Os equipamentos que usam oxigênio não podem ser lubrificados.
- ✓ Mantenha o aspirador limpo e em bom estado de conservação.
- ✓ Em caso de utilização que ofereça risco de contaminação proceda a limpeza e desinfecção e/ou esterilização antes de reutilizá-lo.
- ✓ Não tente fazer qualquer reparo no aspirador. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
- ✓ Só utilize este equipamento em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço de Assistência Técnica J.G. Moriya.
- ✓ Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não é indicada pela J.G. Moriya.
- ✓ A não observância destas precauções será considerada mau uso do equipamento.

INSTRUÇÕES DE USO

1) Antes de conectar o aspirador em um posto medicinal ou regulador de cilindro, certifique-se:
   a) de que está limpo adequadamente;
   b) de que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no aspirador;
   c) da ausência de graxas, óleos ou substâncias orgânicas incompatíveis com oxigênio e opera com mãos limpas.
   d) da desobstrução plena dos conectores de entrada e saída.
   e) de que o volante do aspirador está travado, isto é totalmente girado em sentido horário.
2) Conecte então a conexão de entrada do aspirador em um posto medicinal ou regulador de cilindro, certificando-se de que está firmemente posicionado.

3) Conecte na conexão de saída uma das extremidades do tubo de aspiração e a outra extremidade no frasco coletor. O frasco coletor deve estar conectado à sonda do paciente.
4) Gire o volante do aspirador no sentido anti-horário, verificando como está sendo a sucção da secreção ou do elemento aspirado.
5) Verifique sempre o volume de material aspirado para que o mesmo não exceda o nível máximo do frasco.
6) Quando não se fizer mais necessária à utilização do aspirador ou o uso tenha de ser interrompido por ter atingido o nível máximo, gire o volante no sentido horário.

   Deste modo o processo de aspiração é interrompido.
7) Para remoção do material coletado, desatarraxe o frasco da tampa do aspirador.

   Descarte o material coletado em local apropriado, que não gere riscos de contaminação ou infecção a outras pessoas.
8) Para uma nova utilização limpe adequadamente o frasco, caso se faça necessário esterilize-o, podendo esterilizá-lo na autoclave.
9) Após limpeza adequada, atarraxe-o novamente a tampa e siga os procedimentos citados acima para uma nova utilização.

ITENS E PEÇAS

Aspirador com Frasco de Vidro - Modelo JGM.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Tampa do Aspirador	01
Arruela de Vedação	01
Corpo do Venturi	01
Tampa do Venturi	01
Porca do Conector de Entrada	01
Haste de Vedação	01
Volante de Regulagem	01
Tampa de Acabamento	01
Porca de Trava do Volante	01
Anel de Vedação da Haste	01
Anel de Vedação do Conector	01
Conector de Entrada	01
Frasco de Vidro	01
Porca Guia da Haste	01

Declaração:

A Empresa J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., declara que todas as partes e peças e acessórios relacionados neste manual são comercializados para USO EXCLUSIVO com o Aspirador Moriya.

AVISO:

A manutenção deste equipamento só poderá ser executada pela J.G. Moriya ou por pessoal devidamente autorizado e indicado pela mesma.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Os Aspiradores são embalados individualmente em caixa de papelão. Dentro de cada embalagem estão inseridos todos os itens descritos na seção "Itens e Peças" para cada tipo de aspirador e seu manual.

Na parte externa da embalagem, estará fixada uma etiqueta com o código de barras. Dentro do código de barras estão inseridas todas as informações do produto final, desde o seu código de comercialização até os lotes de peças aplicadas e datas de entrega, para a sua confecção.

Na parte externa da embalagem também estará fixado os dados do produto e do fabricante.

Deve ser mantido em sua embalagem até o momento do uso e sob os devidos cuidados da área médica hospitalar.

Garantia

Aspirador de Vidro Moriya

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnico autorizado pela J.G. Moriya, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de Compra.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., executará a mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho. Serão gratuitas dentro do período de garantia.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do Aparelho, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota conter rasuras ou modificações em seu teor.

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., obriga-se a prestar os serviços acima referidos. O proprietário consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho (ida e volta).

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

Fabricante/Assistência Técnica

J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Rua Colorado, 291 – Vila Carioca - Ipiranga

CEP 04225-050 - São Paulo - SP

Tel.: 11.2914.9716 / 2273.4313 Fax.: 11.2914.1943

E-mail: jgmoriya@jgmoriya.com.br

CNPJ: 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual: 113.497.753.111

Registro no Ministério da Saúde Número: **10349590072**

Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya

CREA 0600289359/D

Para poder usufruir com segurança da garantia do seu Aspirador para Rede é necessário que a ficha abaixo seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.2914.1943), e-mail (jgmoriya@jgmoriya.com.br) ou correio.

FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO

Nome Completo/Razão Social:_____

Endereço Completo:_____

CEP/Cidade/Estado:_____

Telefones para Contato:_____

Fax:_____

E-mail:_____

R.G./Inscrição Estadual:_____

C.P.F./C.N.P.J.:_____

Qual produto foi adquirido:_____

De qual empresa adquiriu o produto:_____

Qual número de série ou representação numérica do código de barras:_____

Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de barras e/ou o número de série e número da Nota Fiscal:_____

_____

_____